

Anexo de especificaciones técnicas

Centrífuga de mesa

- Provista de cabezal oscilante de 24 tubos cónicos (de 10 a 15 ml), en portatubos desmontables, con provisión de intermediarios de nylon, adaptable a tubos de Khan y hemólisis.
- Velocidad regulable hasta por lo menos 3200 RPM a plena carga
- Interior y exterior con tratamiento anticorrosivo
- Sistema de traba de tapa que impida su apertura en funcionamiento
- Programación de tiempos hasta por lo menos 30 minutos (temporizador) regulable.
- Alimentación 220 V, 50 Hz, con puesta a tierra

Baño termostatzado:

- Capacidad aproximada: 6 litros de agua
- 2 gradillas para sostener tubos de ensayo dentro del agua (aprox. 30 tubos c/u)
- Termorregulador para control automático de temperatura
- Sensibilidad +/- 0.5°C
- Indicación de la temperatura del baño
- Construido en material inoxidable
- Alimentación 220 V, 50 Hz, con puesta a tierra

Requerimientos generales

El oferente deberá:


- Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos donde puedan apreciarse claramente las características técnicas.
- Adjuntar descripción técnica completa en castellano.
- Garantizar: mínimo 12 meses contra todo defecto de fabricación y-o funcionamiento a partir de la recepción definitiva del equipo.
- Adjuntar por lo menos índice de manual de uso y el índice del manual técnico en castellano. En caso de considerarse necesario se le solicitará el manual correspondiente para una

correcta evaluación técnica.

- Garantizar la provisión de repuestos críticos durante un período mínimo de 5 años.
- Especificar con nombre, domicilio y teléfono el servicio técnico calificado (Ingeniero, Bioingeniero y/o Técnico especializado) en la zona.

El adjudicatario deberá:

- Entregar los equipos en el Ministerio de Salud, donde personal de Bioingeniería verificará su funcionamiento.
- Entregar 2 juegos de manual de uso y manual técnico completo, impreso, en castellano


MÓNICA EL BAROLI
Bioingeniera Mat. 41089 (Cler) /
Jefe de Ingeniería Clínica
Departamento Bioingeniería
Ministerio de Salud de E.R.